

附件：

荆门市人民医院采购询价单

项目名称：手术示教系统迁移改造

询价时间：2025 年 12 月 16 日

项目编号：JMRYZC-2025-051

联系人：魏老师 0724-6909930

序号	项目名称	预算金额 (万元)	最高限价 (万元)	报价 (万元)	备注
1	手术示教系统迁移改造	5.00	5.00		报价超过最高限价为无效报价。

询价说明：

- 1、资格要求：参与本项目询价单位须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
- 2、需求内容：拆卸并改造原有手术间设备，将其改造成可移动的手术示教推车，有手术间需要进行手术示教时推过去使用，可覆盖所有手术间。

配置清单及主要技术性能及参数如下

序号	设备名称	单位	主要技术性能及参数
1	一体化手术示教推车	2 台	<p>1、一体化手术示教推车应为高度集成的移动式工作站，其基本组成应至少包括：拍摄万向臂、显示屏支架、术野摄像机托架、双侧扶手、设备托板、主体箱体、移动底座等，车体结构坚固稳定，外观符合医疗环境人机工学及美学设计。</p> <p>2、立柱采用高强度铝合金框架结构，坚固耐用；立柱高度可调，调节范围应至少满足 1180mm~1680mm。</p> <p>3、台面应采用一体注塑成型工艺，无拼接缝隙，尺寸不小于 465mmx420mm，并具备液体防渗漏性能，易于清洁消毒，</p> <p>4、车体应配一体注塑成型人机工学把手。</p> <p>5、配置可伸缩式键盘托盘，托盘采用金属材质，结构稳固，尺</p>

			<p>寸不小于 410mm x 200mm 。</p> <p>6、配置双显示器安装支架，符合 VESA 标准，单个支架承重能力不低于 10kg，支架应支持俯仰角度调节（不低于±15°）及水平旋转调节（左右各不低于 45°），以满足不同视角观看需求。</p> <p>7、底座配置高强度静音万向轮，数量不少于 4 个，具备防缠绕设计，所有轮子应配备独立刹车装置。整车稳定性应通过 10° 倾斜测试，行走寿命应通过不低于 150 公里 的行走测试。</p> <p>8、设备箱体尺寸约为 480mm × 480mm × 515mm，边角采用弧形设计，侧边应预留散热孔，后部应预留设备检修口。</p> <p>9、万向臂采用内置气弹簧助力，操作灵活省力；所有线缆应内置走线，实现隐线管理；末端最大承重不低于 3 kg ；展开长度不低于 1200mm，收缩长度不大于 600mm；关节可多节旋转（可达 360°），并能在任意角度实现可靠悬停。</p>
2	医用显示器	4 台	<p>1、屏幕尺寸 27 英寸，宽高比 16:9。</p> <p>2、物理分辨率：不低于 1920 × 1080 (Full HD) 。</p> <p>3、亮度：不低于 300 cd/m²。</p> <p>4、至少配备 HDMI 接口 × 1，至少配备 VGA 接口 × 1</p>
3	设备集成改造	1 套	<p>将原手术间设备拆除后，集成改造成一体化示教推车。包含设备拆除、设备集成安装与线路连接、信号转接、系统调试等。</p>

3、合同履行期限（交付时间）：合同签订后 20 日内

4、付款条件：验收后付 90%，一年后付 10%

5、交付地点：采购人指定地点

6、质保期：3 年

7、包装要求：原厂包装

8、运输要求：公路运输

9、报价要求：

（1）报价应包含为完成本项目等全部相关工作所有可能发生的费用。

（2）对采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采

购人将不予支付供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包含在投标总报价中。

10、售后服务：

10.1 安装与培训

1、安装调试：供应商须提供免费的现场开箱、安装、调试服务，确保所有设备正常运行，并交付验收。

2、操作培训：供应商须提供免费的集中式现场操作与维护培训，直至采购方指定人员能独立熟练操作。培训内容应包括设备操作、日常维护、简单故障排查等，并提供中文培训手册。

10.2 售后服务响应与保障

1、服务承诺：供应商须提供 7×24 小时的技术支持热线。

2、响应时效承诺：接到故障报修后，应在 ≤1 小时 内通过电话、远程连线等方式进行响应与初步诊断。经远程支持无法解决的故障，供应商应在规定时间内到达现场（同城 4 小时，异地 24 小时）。现场服务开始后，应致力于在 4 小时内恢复设备基本功能。对于需更换核心部件的复杂故障，应同时启动备件更换流程。

3、定期巡检：供应商应承诺在质保期内提供每半年一次的免费预防性定期巡检服务，并提交书面巡检报告。

10.3 质量保证与维修

1、质保期：整机质保期自验收合格之日起不少于 叁（3）年。

2、质保期内服务：质保期内所有维修服务、部件更换、人工差旅费用全免（非人为损坏或不可抗力导致）。

3、备品备件供应：

供应商须在投标文件中列出关键部件（如万向臂气弹簧、医用轮、主板、电源、屏幕等）的清单、建议库存及市场参考单价。

供应商须承诺质保期内免费更换；质保期后，备件价格不高于投标文件所报单价，且维修人工费率不高于当前市场标准。

4、软件升级：供应商须承诺自设备验收之日起，提供为期伍（5）年以上的免费软件升级服务。

11、响应文件编制：按照公告中资格证明文件的要求提供证明材料或承诺函（格式自拟）、清单明细报价表（金额须与报价表一致）、采购询价单（按此格式不变）、技术响应文件（所投产品技术参数响应采购需求说明，格式自拟）（如有）、其他说明资料的顺序编制、逐页盖章，密封并加盖公章（一式两份，正本一份、副本一份）。

12、提交响应文件时间：2025 年 12 月 16 日 10 点 00 分提交至荆门市象山大道 39 号（荆门市人民医院综合楼 5 楼 506 室）

13、开启时间：2025 年 12 月 16 日 10 点 00 分统一开启（未在开启时间前递交的响应文件，将做无效处理）。

联系人：_____

联系电话：_____

报价时间：_____

报价单位：_____（盖章）